

Fwd: Aq. de Monitores e Central

1 mensagem

SHEYLA DE SANTANA ARAUJO <sheyla.araujo@unifesp.br>
Para: "vania.simo.es@unifesp.br" <vania.simo.es@unifesp.br>

5 de maio de 2020 11:58

----- Forwarded message -----

De: **Amaro Oliveira** <oliveira.amaro@huhsp.org.br>
Date: ter., 5 de mai. de 2020 às 11:09
Subject: Re: Aq. de Monitores e Central
To: SHEYLA DE SANTANA ARAUJO <sheyla.araujo@unifesp.br>
Cc: Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br>, jsilva HSP <jsilva@huhsp.org.br>, Paulo Cammarata <paulo.cammarata@huhsp.org.br>

Bom dia a todos!

Analisando as propostas observo:

A Proposta emitida pela empresa PHILIPS atendeu integralmente ao solicitado, incluindo instalação plena dos produtos ofertados, monitores e centrais.

A Proposta da empresa GE : O Monitor atende ao solicitado , porém não foi evidenciado que os mesmos serão entregues fixos nas unidades, instalação total.

A central de monitorização, apesar de possuir 16 leitos de visualização simultanea permitiria o uso, no entanto não contempla a instalação e passagem dos cabos , instalação total conforme solicitado em edital (a pag. 10 da proposta declina desta obrigação)

A proposta da MINDRAY: o item 82.8 , Monitor, atende aos requisitos de parametros fisiologicos , porém não foi observada na proposta a obrigação de fixação nos leitos , incluindo suporte , instalação total.

A central MINDRAY, não foi orçada.

Devido à obrigatoriedade de compatibilidade entre os monitores e centrais , a proposta não atende ao solicitado.

A proposta da EMAI, não atende integralmente ao solicitado, faltam parametros e estação central.

Att

Em ter., 5 de mai. de 2020 às 10:04, SHEYLA DE SANTANA ARAUJO <sheyla.araujo@unifesp.br> escreveu:
Bom dia a todos,

Favor avaliar as propostas abaixo para prosseguimento à contratação.

Att,

----- Forwarded message -----

De: **Unifesp/Vânia** <vania.simo.es@unifesp.br>
Date: seg., 4 de mai. de 2020 às 17:21
Subject: Aq. de Monitores e Central
To: <sheyla.araujo@unifesp.br>, <georgia.mansour@unifesp.br>

Prezada Sheyla,

Solicitamos avaliação das propostas em anexo, apresentadas para o Edital de Chamamento Público n. 02/2020, em atendimento ao Ofício 24.

Esclarecemos que todas as propostas possuem prazo de entrega similar. Por este motivo, solicitamos avaliação

da área técnica acerca dos modelos ofertados.

Esclarecemos, por fim, que a empresa Mindray ofertou 06 modelos diferentes, conforme valores da planilha que também segue em anexo.

Antecipadamente, agradecemos.

Att,

Vânia Simões Lopes Fioravanti
Chefe da Divisão de Compras
Campus São Paulo

--

Sheyla de S. Araujo

Assessora Administrativa - HU/HSP



--
Amaro Oliveira | Coordenador de Incorporação

Gerência de Engenharia Clínica

Tel.: (11) 5576-4412 - VoIP: 17174

E-mail: oliveira.amaro@huhsp.org.br

Visite nosso site:



--

Sheyla de S. Araujo

Assessora Administrativa - HU/HSP