



ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA

Local e Data: Feira de Santana – BA 22 de julho de 2020

Ao: Presidente da Comissão do Chamamento Público 02/2020

Edital de Chamamento Público nº 02/2020 – 6º CICLO

Objeto: Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL para fornecimento de EPIs, insumos, medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares, reagentes, outros insumos e equipamentos para pesquisa e outros necessários ao enfrentamento do COVID-19, para os órgãos listados, Universidade Federais e Hospitais Universitários

Apresentamos a nossa proposta para aquisição de **Máscaras Cirúrgicas Descartáveis (Item 06) e Aventais Descartáveis (Item 27)**, conforme descrição constante do Anexo II do Edital, pelo valor abaixo especificado:

ITENS OFERTADOS

Item da Proposta	Item do Edital	Descrição	Marca	Quantidade Ofertada	ÓRGÃO	Valor Unitário
01	06	Máscara Cirúrgica Descartável, retangular, sanfonada, 03 camadas com Gramatura total de 75 g/m ² , antialérgica, hidrorrepelente, com elástico, cor branca, tripla, (com filtro EFB - 97% de retenção bacteriológica), com elástico para fixação nas aurículas, dispositivo para ajuste nasal, 100% polipropileno não inflamável, embalagem com 10 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 meses. MÁSCARA CERTIFICADA COM LAUDO EM ANEXO	TC Têxtil	2.201.831 unidades	TODOS Entrega Imediata	RS 0,80



02	27	Avental descartável em falso tecido, com manga longa de aproximadamente 55cm, gramatura 30g, com medidas de aproximadamente 1,20m de largura x 1,40m de comprimento, quadrado, com amarra na cintura e no pescoço e elásticos nos punhos, fabricação de 100% polipropileno, não estéril, resistentes (não rasgar com facilidade), na cor branca em pacotes lacrados com 10 unidades cada..	TC Têxtil	1.384.751 unidades	TODOS Entrega Imediata	R\$ 6,00
----	----	--	--------------	-----------------------	------------------------------	----------

- Nossas máscaras cirúrgicas são triplas e atendem a RDC nº 356, de 23/03/2020 (alterada pela **RDC nº 379, de 30/04/2020**), são confeccionadas em material não Tecido para uso odonto-médico-hospitalar, possui três camadas com **Gramatura total de 75 g/m2**: uma interna com 25 g/m2, uma camada externa com 25 g/m2 e um elemento filtrante com 25 g/m2, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: I - ABNT NBR 15052:2004 - II - ABNT NBR 14873:2002.

A máscara é resistente à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos), cobre adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possui um clipe nasal constituído de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas.

QUANTO A QUANTIDADE PROPOSTA

(x) TOTAL PARA TODOS OS ITENS

QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA

(x) ATENDE – ENTREGA IMEDIATA

QUANTO AOS LOCAIS DE ENTREGA

(x) TODOS NOS ENDEREÇOS INDICADO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 20 DIAS



Declaramos que:

1. No preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.
2. O prazo de validade da proposta é de 30 (trinta) dias, contados da data do chamamento público.
3. Estamos cientes e de acordo com os termos do Edital supracitado, bem como da necessidade de observância do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7 da Constituição Federal.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: TC TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 12.524.643/0001-13

Responsável: Alberto Trindade Ferreira

Comercial/Vendas: Eduardo Bittencourt

Endereço: Estrada do Campestre S/N, Sítio Retiro – Humildes

Tel/Fax: (75) 98854-1993

E-mail: eduardo@tctextil.com.br

CEP: 44.135-000 Cidade: Feira de Santana UF: BA

Banco: Bradesco Agência: 2273-0 C/C: 38.442-9

Banco: Brasil Agência: 3128-3 C/C: 35.645-X

Assinatura e Carimbo da empresa.

12.524.643/0001-13
TC Têxtil Indústria e Comércio Ltda
Estrada do Campestre, S/N - Sítio Retiro
Distrito de Humildes
Feira de Santana - BA

SOLICITANTE: TC TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ENDEREÇO: ESTRADA DO CAMPESTRE, S/N, SITIO RETIRO, HUMILDES, FEIRA DE SANTANA / BA

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA FORNECIDA: MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT (TECIDO NÃOTECIDO)

DATA DO RECEBIMENTO: 10/06/2020

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 20/06/2020

METODOLOGIAS E RESULTADOS

Descrição da Amostra

Composição: 100 % Polipropileno

Gramatura: Primeira Camada 25 g/m² - Segunda Camada 40 g/m² - Terceira Camada 25 g/m²

Quantidade de Camadas: 3

- **Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana “BFE – 15052 – Máscaras Cirúrgicas”**

METODOLOGIA	RESULTADO			
<p>NORMA: ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B – Artigos de não-tecido de uso Odonto-médico-hospitalar – Máscaras Cirúrgicas – Requisitos Micro-organismo utilizado: Staphylococcus aureus ATCC 6538</p>	<p>A amostra apresentou 95,12% de eficiência de filtração bacteriana.</p>			
<p>Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004</p> <table border="1"><tbody><tr><td>BFE% ≥ 95%</td><td>Aprovada</td></tr><tr><td>BFE% < 95%</td><td>Reprovada</td></tr></tbody></table>		BFE% ≥ 95%	Aprovada	BFE% < 95%
BFE% ≥ 95%	Aprovada			
BFE% < 95%	Reprovada			

Os resultados apresentados no presente relatório referem-se somente a amostra a nós enviada e ensaiada. O Ensaio foi realizado em laboratório terceirizado conforme prévia autorização da contratante e transcrito na íntegra.

Santos, 22 de junho de 2020.

FABIO CAMPOS Assinado de forma digital
por FABIO CAMPOS
FATALLA:06994 FATALLA:06994761860
761860 Dados: 2020.06.23
09:38:03 -03'00'

Me. Eng. Fábio Campos Fatalla
CREA 502.111/D

Certificado de Análises

Data: 06/03/2020		
Material: TNT 25 Gr.		
Cor: Branco		
Lote: 1216 B	NFe:	Data produção: 20/02/2020

MÉTODOS/PROCEDIEMNTOS UTILIZADOS:

Resistencia à Tração:

Ensaio utilizado para definir a resistência a tração. Corpos de prova em forma de tira, obtidos nos sentidos longitudinal e transversal da amostra. Equipamento: Máquina Universal de Ensaio, com velocidade de afastamento das garras de 500 mm/min, distância entre garras de 100 mm, tamanho das amostras de prova 300x50 mm. Metodologia de ensaio baseada na norma NBR13041.

Resistencia à Rasgamento:

Ensaio utilizado para definir a resistência ao rasgamento. Corpos de prova obtidos nos sentidos longitudinal e transversal da amostra. Máquina Universal de Ensaio, com afastamento das garras de 500 mm/min. Metodologia de ensaio baseada na norma NBR 13041

RESULTADOS OBTIDOS:

VARIÁVEIS	MÉTODO DE TESTE	UNIDADE	MIN	TARGET	MÁX	RESULTADO
Gramatura	EDANA WSP 130.1	g/m ²	22,5	25,0	27,5	24,9
Resistência Longit	EDANA WSP 110.1	N/5cm	35,00	40,00	-	46
Resistência Transv.	EDANA WSP 110.1	N/5cm	25,00	30,00	-	32
Alongamento Longit	EDANA WSP 110.1	%	40,00	100,00	160,00	98
Alongamento Transv.	EDANA WSP 110.1	%	50,00	100,00	160,00	99

Francine V. Roque

Responsável pelas Amostras
Francine Vargas Roque

Vilmar C. Roque

Controle de Qualidade
Vilmar Cardoso Roque