



ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA

Local e Data: Piracicaba, 24 de Abril de 2020.

Ao: UNILAB

Edital de Chamamento Público nº 02/2020

Objeto: Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL para fornecimento de EPIs, insumos, medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares, reagentes, outros insumos e equipamentos para pesquisa e outros necessários ao enfrentamento do COVID-19, para os órgãos listados, Universidade Federais e Hospitais Universitários

Apresentamos a nossa proposta para aquisição de Câmara Refrigerada conforme descrição constante do Anexo II do Edital, pelo(s) valor(es) abaixo especificado(s):

ITENS OFERTADOS

Item da Proposta	Item do Edital	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade da Proposta	VALOR
01	220	Câmara Refrigerada. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacina. - Capacidade para armazenamento de 280 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno. - Degelo seco automático com	NOVA INSTRUMENTS NI 1760/280	01	R\$ 11.900,00



	<p>evaporação de condensado. - Câmara interna construída em aço inoxidável. - 04 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de vidro triplo tipo "no fog" ou "cega". - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal. - Painel de comandos e controles frontal superior, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. - Iluminação interna em LED, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. - Sistema de alarme</p>		
--	--	--	--



		visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. - Sistema de redundância elétrico/eletrônico. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga/desliga. - Equipamento disponível em 220 volts. - Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia			
--	--	--	--	--	--

QUANTO A QUANTIDADE PROPOSTA

- TOTAL PARA TODOS OS ITENS
 PARCIAL PARA TODOS OS ITENS
 TOTAL PARA ALGUNS ITENS E PARCIAL PARA OUTROS

QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA

- ATENDE
 PARCIAL ATENDE
 PARCELADA



DIFERENTE DO SOLICITADO

QUANTO AOS LOCAIS DE ENTREGA

TODOS NOS ENDEREÇOS INDICADO

PARTE NOS ENDEREÇOS INDICADOS DEMAIS REGIONAIS

Declaramos que:

1. No preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.
2. O prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados da data do chamamento público
3. Estamos cientes e de acordo com os termos do Edital supracitado, bem como da necessidade de observância do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7 da Constituição Federal.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

CNPJ: 12.561.319/0001-75

Responsável: Paulo Busato

Endereço: Rua Santa Albertina, 487

Tel/Fax: (19) 21053131

E-mail: comercial@novainstruments.com.br

CEP: Cidade: UF: 13414316 – Piracicaba/SP

Banco: Agência: C/C: Banco do Brasil AG: 6516-1 CC: 119137-3

Assinatura e Carimbo da empresa.

NOVAINSTRUMENTS EQUIP.
PARA LABORATORIOS LTDA.
Rua Santa Albertina, 487 - Galpão 02
Santa Rosa Ióás - CEP 13414-316
Piracicaba-SP
CNPJ 12.561.319/0001-75
I.E. 535.244.348.117

[chamamentocovid19] NOVAINSTRUMENTS - Proposta Comercial - Chamamento COVID19

1 mensagem

Comercial - Nova Instruments <comercial@novainstruments.com.br>
Para: chamamentocovid19@unifesp.br

24 de abril de 2020 09:26

Prezados bom dia,

Conforme informado no edital, segue proposta comercial para a aquisição de câmara refrigerada.

Nos colocamos a sua inteira disposição,

Atenciosamente



Talita Barboza
Dpto. Comercial
19 2105-3131
comercial@novainstruments.com.br
www.novainstruments.com.br



antes de imprimir, pense no compromisso com o meio ambiente!

--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "chamamentocovid19" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para chamamentocovid19+unsubscribe@unifesp.br.
Para ver essa discussão na Web, acesse <https://groups.google.com/a/unifesp.br/d/msgid/chamamentocovid19/011f01d61a33%2495d951b0%24c18bf510%24%40novainstruments.com.br>.

 **CHAMAMENTO - CAMARA.pdf**
1636K