

PROPOSTA DE PREÇOS
A
UNIFESP
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 02/2020

OBJETO: Edital de Chamamento Público para Eventual Aquisição Emergencial para fornecimento de EPIs, insumos, medicamentos, materiais e equipamento hospitalares, reagentes, outros insumos e equipamentos para pesquisa e outros necessários ao enfrentamento do COVID-19, para os órgãos listados, Universidade Federais e Hospitais Universitários

Apresentamos a nossa proposta para aquisição de Válvula Reguladora conforme descrição constante do Anexo II do Edital, pelo valor abaixo especificado:

Item	QTD	Código	Descrição	Marca Oferecida	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
78	593	01.02.200	VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE GASES MEDICINAIS – AR COMPRIMIDO Características técnicas: Manômetro em aço pintado e capa de proteção externa em plástico maleável (borracha termoplástica livre de látex).Corpo em alumínio com capa de proteção externa em plástico maleável (borracha termoplástica livre de látex). Saída de gás em metal não ferroso (Latão Norma CLA 360) com tratamento superficial niquelado, padrão ABNT (NBR 11906:2011). Entrada de gás em metal não ferroso (Latão Norma CLA 360) com tratamento superficial niquelado e capa de proteção em plástico injetado padrão ABNT (NBR 11906:2011).. Manopla em plástico de engenharia injetado (plástico ABS ou POM – poliacetal ou Nylon). Especificações Técnicas Pressão de Entrada: max. 15 bar. Pressão de Saída: 0 – 7 bar ou 0 a 10bar. Fluxo: maior que 200 l/min. Queda de pressão: menor que 1 bar Precisão do manômetro: +/-2,5% Temperatura de Armazenamento: -40°C a 70°C Temperatura de Funcionamento: -20°C a 60°C Conexões de entrada e saída padrão ABNT (norma 11906:2011) para o respectivo gás de aplicação. ANVISA: 80213110003	BIOCAM	155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)	85.715,00 (OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS)
79	553	01.02.100	VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE GASES MEDICINAIS – OXIGENIO Características técnicas: Manômetro em aço pintado e capa de proteção externa em plástico maleável (borracha termoplástica livre de látex).Corpo em alumínio com capa de proteção externa em plástico maleável (borracha termoplástica livre de látex). Saída de gás em metal não ferroso (Latão Norma CLA 360) com tratamento superficial niquelado, padrão ABNT (NBR 11906:2011). Entrada de gás em metal não ferroso (Latão Norma CLA 360) com tratamento superficial	BIOCAM	155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)	91.915,00 (NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUINTE REAIS)

BIOCAM Equipamento Médico Hospitalar Eireli

Rua Dr. Alves do Banho, 890 – Jardim do Trevo - Campinas - SP - CEP 13030-580

Fone/Fax: (19) 3272-8000

www.biocam.com.br

E-mail: biocam@biocam.com.br

			niquelado e capa de proteção em plástico injetado padrão ABNT (NBR 11906:2011).. Manopla em plástico de engenharia injetado (plástico ABS ou POM – poliacetal ou Nylon). Especificações Técnicas Pressão de Entrada: max. 15 bar. Pressão de Saída: 0 – 7 bar ou 0 a 10bar. Fluxo: maior que 200 l/min. Queda de pressão: menor que 1 bar Precisão do manômetro: +/-2,5% Temperatura de Armazenamento: -40°C a 70°C Temperatura de Funcionamento: -20°C a 60°C Conexões de entrada e saída padrão ABNT (norma 11906:2011) para o respectivo gás de aplicação. ANVISA: 80213110003			
QUANTIDADE TOTAL – 1.146 UNIDADES						

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 177.630,00 (CENTO E SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS)

QUANTO A QUANTIDADE PROPOSTA

- TOTAL PARA TODOS OS ITENS
 PARCIAL PARA TODOS OS ITENS
 TOTAL PARA ALGUNS ITENS E PARCIAL PARA OUTROS

QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA

- ATENDE
 PARCIAL ATENDE
 PARCELADA
 DIFERENTE DO SOLICITADO

QUANTO AOS LOCAIS DE ENTREGA

- TODOS NOS LOCAIS INDICADOS
 PARTE NOS ENDEREÇOS INDICADOS


A licitante declara que:

- a) Aceita todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
 b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto deste chamamento (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte).
 d) Que o prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**, contado da data estipulada para sua entrega.
 e) Prazo de Garantia do produto 90 (noventa dias).

e) Estamos cientes e de acordo com os termos do Edital supracitado, bem como da necessidade de observância do disposto no inciso XXXIII do cap. 7º da Constituição Federal.

Campinas, 23 de Abril de 2020

Razão Social: BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI			
Nome Fantasia: BIOCAM			
CNPJ: 03.938.196/0001-58		Inscrição Estadual: 244.851.666.114	Inscrição Municipal: 63173-6
Endereço: RUA DR. ALVES DO BANHO, 890			
Bairro: JARDIM DO TREVO		Cidade/Município: CAMPINAS	UF: SP
DDD: (19)	Telefone: 3272-8000	Fax:	CEP: 13.030-580
Endereço Eletrônico – (E-mail): licitacao@biocam.com.br			
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA (PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE)			
Banco: ITAU			
Agência: 0052-3			
Número da conta: 211077-6			



Vanessa Marino Neves
Analista de Licitação/procuradora
RG: 55.394.172-0
CPF: 056.910.466-16

[chamamentocovid19] Proposta Edital Chamamento 02-2020

2 mensagens

Licitação <licitacao@biocam.com.br>
Para: chamamentocovid19@unifesp.br

24 de abril de 2020 14:40

Prezados(as), boa tarde

Segue proposta conforme edital para os Itens 78 e 79 e catálogo para análise do produto em questão.

Qualquer dúvida estamos à disposição.



--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "chamamentocovid19" dos Grupos do Google. Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para chamamentocovid19+unsubscribe@unifesp.br. Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/a/unifesp.br/d/msgid/chamamentocovid19/CAP8ebf0axq%3D_tLsm3fLTduJqTAqBGXH_zrBrVJcWdfiS5BS8qw%40mail.gmail.com.

2 anexos

 **Proposta.pdf**
670K

 **folderECO_Web.pdf**
334K

victor.mendes@portalsabedoria.com.br <victor.mendes@portalsabedoria.com.br>
Para: chamamentocovid19@unifesp.br

27 de abril de 2020 09:36

Prezado ,

Me desculpe se a dúvida é básica, mas é a primeira vez que participo de chamamento público.

Como fazemos para acompanhar o andamento de nossa proposta ?

É possível saber como ficou o mapa de preços de todas as cotações ?

Fico no aguardo

Obrigado


----- Mensagem original -----

Assunto::Proposta Edital Chamamento 02-2020
Data:24/04/2020 14:40
De:Licitação <licitacao@biocam.com.br>
Para::chamamentocovid19@unifesp.br

Prezados(as), boa tarde

Segue proposta conforme edital para os Itens 78 e 79 e catálogo para análise do produto em questão.

Qualquer dúvida estamos à disposição.



--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "chamamentocovid19" dos Grupos do Google. Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para chamamentocovid19+unsubscribe@unifesp.br.
Para ver essa discussão na Web, acesse <https://groups.google.com/a/unifesp.br/d/msgid/chamamentocovid19/b226eb7a44d1a82da4f4b593408f6bb1%40portalsabedoria.com.br>.

2 anexos



Proposta.pdf
670K



folderECO_Web.pdf
334K