

KATHAVENTO ARTIGUS IND. E COM. DE PRES. E DEC. EIRELI
CNPJ 05.388.153/0001-71
Inscrição estadual: 188073589111
Av. Mario Covas N° 4500 - Jardim Yamamoto
Arujá - SP - São Paulo - Cep. 07412-000
Tel: 55- 11 - 4652 2307
E-mail: desenvolvimento@artigus.com.br



08/05/2020

A UNIFESP
A/C Sra. SHEYLA

Orçamento 001 - 2020
Ref.: Máscara Tripla Descartável

Conforme solicitação, estamos enviando orçamento do produto em referência, confecção de máscara descartável.

Máscaras				
Descrição	Quantidade	Preço	Total	Entrega
Máscara descartável com três camadas cor AZUL ou BRANCA - duas camadas externas elemento repelente e a camada interna elemento filtrante – ENTREGA EM SÃO PAULO / SP	200.000	R\$ 2,48	R\$ 496.000,00	Entregas parciais de 50.000 unidades/dia. Pagamento 3 dias após entrega.
Máscara descartável com três camadas cor AZUL OU BRANCA - duas camadas externas elemento repelente e a camada interna elemento filtrante – ENTREGA EM DEMAIS CIDADES / ESTADOS	2.500.000	R\$ 2,50	R\$ 6.250.000,00	Entregas parciais de 50.000 unidades/dia. Pagamento 3 dias após entrega.

Observações:

Amostra já aprovada pela comissão de infecção hospitalar do Hospital São Paulo / UNIFESP

- 1 - Capacidade Produtiva: 100.000 unidades por dia
- 2 - Frete incluso
- 3 - Condições de Pagamento – 3 dias após a entrega, sendo que as entregas estão condicionadas ao pagamento da entrega anterior.
- 4 - Lucro Presumido
- 5 - ICMS (18% SP) - já inclusos
- 6 - Embalagem polybag simples com 100 unidades

Dados bancários:

KATHAVENTO ARTIGUS

BANCO ITAU
AG: 4299
C/C 0046630-2
CNPJ 05.388.153/0001-71

REPRESENTANTE COMERCIAL:
SUEMI OBARA
(11) 9 9512-2829
E-MAIL: suemiobara@gmail.com



REL. Nº 4866/2020

RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 4866/2020

ENSAIOS CONFORME RDC 356

CLIENTE: **KATHAVENTO ARTIGUS IND. E COM. DE PRESENTES E DECORAÇÃO EIRELI**
AV. GOV. MARIO COVAS JUNIOR, 4500
CEP: 07412-000 – ARUJA - SP
CNPJ: 05.388.153/0001-71

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL:

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO			
Identificação do laboratório: ID 4866/2020	Produto recebido em: 27/03/2020	PROCESSO: PRÉ TESTE MASCARA PROTETORA DE LAÇO NÃO TECIDO DE 3 CAMADAS	<input type="checkbox"/> Prova <input type="checkbox"/> Contraprova <input type="checkbox"/> Testemunha <input checked="" type="checkbox"/> Pré-teste <input type="checkbox"/> Manutenção

2. ENSAIOS REALIZADOS E METODOLOGIAS

RESOLUÇÃO-RDC No- 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020
EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIOLÓGICA (BFE)

3. MATERIAIS ENSAIADOS

IDENTIFICAÇÃO	MATERIAL
4866/2020	MASCARA PROTETORA DE LAÇO NÃO TECIDO DE 3 CAMADAS, 17,5cm X 9,50cm, BRANCO



REL. Nº 4866/2020

RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 4866/2020

4 RESULTADOS – EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIOLÓGICA *

EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA(%)

(YY 0469-2011 ANEXO B, TESTE BACTÉRIAS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538, ÁREA DE TESTE: 40cm, VAZÃO: 28,3L/min, TAMANHO MÉDIO DA PARTÍCULA: 3,0µm, RESULTADO DO POSITIVO CONTROLE: 1.9×10.Ufc RESULTADO DO CONTROLE NEGATIVO: < 1CFU)

	Exigência
BFEE99.9	≥95
BFEE.8	(YY/T 0969-2013)
BFEE9.8	

* Ensaio Realizado por: CONTROBIO ASSESSORIA TECNICA MICROBIOLÓGICA S/S LTDA





REL. Nº 4866/2020

RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 4866/2020

5. OPINIÕES E INTERPRETAÇÕES

“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório

O material ensaiado atende aos requisitos de toxicologia estabelecidos pela RESOLUÇÃO-RDC No- 356 de **EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIOLÓGICA (BFE)>95%**

7 ENSAIOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 27/03/2020 a 15/04/2020.

Osasco, Quinta -Feira 16 de Abril de 2020.

Francisco Nelson da Silva
Diretor