

Filterflux Equipamentos para Laboratório LTDA-EPP.
CNPJ: 08.040.473/0001-24 - IE: 535.387.012.119
Avenida Cristóvão Colombo, 3.003 – Vila Industrial - Piracicaba – SP - CEP 13412-227
Tel. 19 – 34255571 - 81679903
www.filterflux.com.br - fabio@rmpregoes.com.br

Piracicaba, 16 de abril de 2020.

A: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

PROPOSTA

Edital de Chamamento Público nº 02/2020

Objeto: Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL para fornecimento de EPIs, insumos, medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares, reagentes, outros insumos e equipamentos para pesquisa e outros necessários ao enfrentamento do COVID-19, para os órgãos listados, Universidade Federais e Hospitais Universitários

Apresentamos a nossa proposta para aquisição de equipamentos conforme descrição constante do Anexo II do Edital, pelo(s) valor(es) abaixo especificado(s):

ITENS OFERTADOS

Item da proposta	Item do edital	Descrição	Marca / Modelo	Qtd.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1	1	Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-1266/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, lembrando que o ar exaurido está filtrado pelo HEPA; O equipamento está totalmente em pressão	Marca: Filterflux Modelo: SBIIA1- 1266/4	2	20.550,00	41.100,00

1

negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizados produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H13/H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.99%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Painel de comando elétrico analógico, com acionamento: Geral, motor, L/fria, L/uv e Alarme; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 64 Db; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20% de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolamento e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador

	<p>monofásico 1/2 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; 01 tomada auxiliar interna 220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria LED 18 W ; 01 lâmpada UV 30 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX. Medidas Internas: 1266x600x622 (LXPXA) Medidas Externas: 1338x700x2090 c/base (LXPXA) Acompanha: Manômetro para indicar diferencial de pressão sob filtro HEPA. Alarme com indicação de saturação do filtro hepa.</p>				
--	--	--	--	--	--

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 41.100,00 (Quarenta e um mil e Reais)

QUANTO A QUANTIDADE PROPOSTA

- TOTAL PARA TODOS OS ITENS
- PARCIAL PARA TODOS OS ITENS
- TOTAL PARA ALGUNS ITENS E PARCIAL PARA OUTROS

QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA

- ATENDE
- PARCIAL ATENDE
- PARCELADA
- DIFERENTE DO SOLICITADO

QUANTO AOS LOCAIS DE ENTREGA

- TODOS NOS ENDEREÇOS INDICADO
- PARTE NOS ENDEREÇOS INDICADOS DEMAIS REGIONAIS

3



Declaramos que:

1. No preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.
2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data do chamamento público
3. Estamos cientes e de acordo com os termos do Edital supracitado, bem como da necessidade de observância do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7 da Constituição Federal.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: **Filterflux Equipamentos para Laboratório LTDA-EPP**

CNPJ: 08.040.473/0001-24

Responsável: Fabio Henrique Castilho Gonçalves Costa

Endereço: Avenida Cristóvão Colombo, 3.003 – Vila Industrial

Tel/Fax: (19) 3579-4725

E-mail: fabio@rmpregoes.com.br

CEP: 13412-227

Cidade: Piracicaba


UF: SP

Banco: Banco do Brasil – 001

Agência: 6516-1

C/C: 109361-4

Atenciosamente.



Fabio H. C. G. Costa
Procurador Nomeado
CPF nº 269.366.488-86

Filterflux Equipamentos
para Laboratório Ltda - EPP
CNPJ: 08.040.473/0001-24

[chamamentocovid19] 16.04.2020 - 17.00 HRS - E-MAIL - PE 2.2020 - UASG 22020 - UNIFESP - SP - SP - FILTERFLUX

3 mensagens

Fabio Castilho <fabio@rmpregoes.com.br>

12 de maio de 2020 17:34

Para: "chamamentocovid19@unifesp.br" <chamamentocovid19@unifesp.br>

Boa tarde

Segue em anexo a proposta retificada para a cotação 2/2020.

att

Fabio CastilhoRM Representações e Consultoria em Licitações Ltda
Rua: Cecílio Feltrim, 54 – Cidade Universitária – Campinas/SP

CEP: 13.083-650

Tel.: (19)3288.0081 / 3579.4725

Tel./Fax.: (19) 3579-9628

E-mail: fabio@rmpregoes.com.br

--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "chamamentocovid19" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para
chamamentocovid19+unsubscribe@unifesp.br.

Para ver essa discussão na Web, acesse <https://groups.google.com/a/unifesp.br/d/msgid/chamamentocovid19/RO1P15201MB2188FBA8C29BAEDEC0B655B8EBE0%40RO1P15201MB2188.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM>.

 **Proposta UNIFESP - 2.2020 - Filterflux.pdf**
2564K**VANIA SIMOES LOPES** <vania.simoese@unifesp.br>

13 de maio de 2020 14:52

Para: REINILDO BISPO DOS SANTOS <bispo.reinildo@unifesp.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Vânia Simões Lopes Fioravanti
Divisão de Compras- Campus São Paulo
Universidade Federal de São Paulo
Rua Botucatu, nº 740, 5º andar, São Paulo- SP



Proposta UNIFESP - 2.2020 - Filterflux.pdf
2564K

VANIA SIMOES LOPES <vania.simoese@unifesp.br>
Para: Fabio Castilho <fabio@rmpregoes.com.br>

13 de maio de 2020 14:52

Bom dia,

Agradecemos a participação.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]